

التاريخ : 19/11/2020

**طرح عطاء رقم – RFQ-H-11322**

السادة / الشركات المختصة الراغبة بالمشاركة بالعطاء - المحترمين .

الموضوع : **“Mobile Reverse Osmosis System “ RO System”**، حسب المواصفات المرفقة .

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى الاطلاع على جداول المواصفات المرفقة مع مراعاة الشروط التالية :-

1. تكتب الاسعار بالشيكل الاسرائيلي وبشكل واضح في المكان المخصص حسب الجدول المرفق وتشمل قيمة الضريبة المضافة، في حال وجود تعارض بين سعر الوحدة ومجموع سعر الوحدة المشتق، فإن سعر الوحدة هو الذي سيعتمد .
2. ضرورة الالتزام بالتسعير على النموذج المرفق بالعطاء .
3. يتم تقديم شهادة خصم مصدر في حالة تجاوز المبلغ قيمة 2500 شيكل او ما يعادلها.
4. غرامة تأخير 2% عن كل اسبوع وتبدأ من اليوم الذي يلي موعد التسليم المحدد من قبلكم، وفي حال تأخير التوريد مدة تزيد عن اسبوعين يحق للمستشفى إلغاء أمر الشراء والاحالة على مورد آخر وتحملكم فروق الأسعار .
5. الدفع خلال 90 يوماً من تاريخ الاستلام والفحص ومطابقة المواصفات الفنية المطلوبة .
6. تحديد فترة التسليم في عرض سعركم وايضاً فترة الضمان وأن تكون صلاحية العرض المقدم من طرفكم مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر .
7. تسلم عروض الاسعار في مكتب مدير دائرة اللوازم والمشتريات رقم ( 6400 ) مبنى الإدارة في مستشفى النجاح الوطني الجامعي بالظرف المختوم وتوضع في صندوق العطاءات ، على أن يكون عرض السعر يحوي فصلاً بين العرض المالي والعرض الفني أي أن العرض المالي منفصل عن العرض الفني مع ضرورة كتابة رقم العطاء على المغلفين وتوضيح اي منهما العرض الفني والعرض المالي.
8. على كل من يرغب بالمشاركة بتقديم عرض سعر تقديم ما لديه من مواد او اجهزة او ماركات لما جاء اعلاه او البديل له والرد على العطاء سلباً او ايجاباً .
9. يحق للمستشفى تجزئة العطاء وهي غير ملزمة بأقل الأسعار .
10. يحق للمستشفى إلغاء العطاء دون ابداء السبب ودون تحمل اية تكاليف مع اعادة رسوم نسخة العطاء للمشاركين في العطاء ان وجدت ، ولا تتحمل المستشفى تكاليف النقل والتحميل والتنزيل .
11. ضرورة ارفاق الرخصة التجارية والسيرة الذاتية للشركة مع عرض السعر .
12. اخر موعد لتقديم عرض السعر هو يوم الثلاثاء الموافق 2020-11-24 الساعة الثانية عشرة ظهراً PM 12:00 .
13. لأية إستفسارات متعلقة بالعطاء المذكور اعلاه ، يرجى الاتصال بالسيد مدير دائرة اللوازم والمشتريات هاتف رقم (+97092389687) داخلي ( 6400 ) أو من خلال البريد الالكتروني [tender3@najah.edu](mailto:tender3@najah.edu) .

مدير دائرة اللوازم والمشتريات

إياد المكاوي



طرح عطاء رقم – RFQ-H-11322

No.	Item	NNUH#	QTY	Unit	Supplier & Code No.	delivery	Unit Price (NIS)	Total Price (NIS)
<b>Mobile Reverse Osmosis System " RO System"</b>								
1	<p><b>Designed to supply up to 2 Dialysis Machines at the same time</b></p> <p>Output : 125 Liters / Hr and 1.5 Bar Counter pressure</p> <p>Yield : Adjustable : ( typical Operation : 50-70%)</p> <p>Microprocessor control unit , illuminated clear text display, operator guidance and indication of machine parameters</p> <p>Data Back-up in case of power failure</p> <p>Mobile on castor wheels</p> <p>Complete Reverse Osmosis Water Treatment System</p> <p>With Built-in Softener</p> <p>Pre –treatment includes 10 micron particle filter</p> <p>Volume controlled duty standby softener</p> <p>Ultraviolet sterilizer</p> <p>5 Micron carbon impregnated filter</p> <p>Fully programmable : daily start/stop control with " Auto-rinse" function during standby</p> <p>Semi- Automated volume controlled disinfection</p> <p>Continuous online monitoring for additional patient security</p> <p>Fitted with stainless steel coupling sets and a free fall drain</p> <p>Quiet Operation due to sound proofed frame</p> <p>Power supply : 220 VAc/ 50 Hz , 16 A</p> <p>Feed Water Supply Required :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inlet pressure : 2 Bar</li> <li>• Inlet Temp : 5-35 Deg. C</li> <li>• Drain : DN 32 drain and air break installed</li> </ul>	G-A-MDD01235	2	Pcs				
	<b>Total Price (NIS)</b>							

- يرجى من  ضرتكم قَديد مدة التوريد .
- ضرورة تعبئة الجدول المرفق أدناه .

	<u>إسم الشركة</u>	<u>1</u>
	<u>الختم</u>	<u>2</u>
	<u>التاريخ</u>	<u>3</u>
	<u>التوقيع والإسم</u>	<u>4</u>
	<u>معلومات الإتصال</u>	<u>5</u>
	<u>مدة التوريد</u>	<u>6</u>