

التاريخ : 17/01/2021

## إعادة طرح عطاء رقم – RFQ-H-11270

الأولية لمن لديه إمكانية التوريد الفوري

السادة / الشركات المختصة الراغبة بالمشاركة بالعطاء – المحترمين .

الموضوع : 2 Machine Digital Mobile X Ray ، حسب المواصفات المرفقة .

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى الاطلاع على جداول المواصفات المرفقة مع مراعاة الشروط التالية :-

1. تكتب الاسعار بالشيكال الاسرائيلي وبشكل واضح في المكان المخصص حسب الجدول المرفق وتشمل قيمة الضريبة المضافة، في حال وجود تعارض بين سعر الوحدة ومجموع سعر الوحدة المشتق، فإن سعر الوحدة هو الذي سيعتمد .
2. ضرورة الالتزام بالتسعير على النموذج المرفق بالعطاء .
3. يتم تقديم شهادة خصم مصدر في حالة تجاوز المبلغ قيمة 2500 شيكل او ما يعادلها.
4. غرامة تأخير 2% عن كل اسبوع وتبدأ من اليوم الذي يلي موعد التسليم المحدد من قبلكم، وفي حال تأخير التوريد مدة تزيد عن اسبوعين يحق للمستشفى إلغاء أمر الشراء والاحالة على مورد آخر وتحملكم فروق الأسعار.
5. الدفع خلال 90 يوماً من تاريخ الاستلام والفحص ومطابقة المواصفات الفنية المطلوبة .
6. تحديد فترة التسليم في عرض سعركم وايضاً فترة الضمان وان تكون صلاحية العرض المقدم من طرفكم مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.
7. ثمن نسخة العطاء (350) شيكل إسرائيلي غير مستردة تدفع في الدائرة المالية مبنى الإدارة – الطابق الأول .
8. كفالة دخول عطاء بقيمة (1000) ألف دولار امريكي او ما يعادلها سارية المفعول لمدة ثلاثة شهور تأمينا نقدياً او كفالة بنكية او شيكاً مصدقاً وفي حالة عدم تقديم التامين لاينظر في عرض سعركم.
9. كفالة حسن تنفيذ بقيمة 10% من قيمة العطاء في حالة الترسية تأمينا نقدياً او كفالة بنكية او شيكاً مصدقاً سارية المفعول لمدة ثلاثة اشهر تستبدل بكفالة صيانة بنكية بقيمة 5% من قيمة الإحالة.
10. رسوم الاعلان على من يرسو عليه العطاء .
11. كفالة الجهاز يجب أن لا تقل عن خمسة سنوات من تاريخ التوريد والتشغيل.
12. ضرورة أن يكون الجهاز المعروض " جديداً " وليس " مجدداً " .
13. تسلم عروض الاسعار في مكتب مدير دائرة اللوازم والمشتريات رقم ( 6400 ) مبنى الإدارة في مستشفى النجاح الوطني الجامعي بالظرف المختوم وتوضع في صندوق العطاءات ، على أن يكون عرض السعر يحوي فصلاً بين العرض المالي والعرض الفني أي أن العرض المالي منفصل عن العرض الفني مع ضرورة كتابة رقم العطاء على المغلفين وتوضيح اي منهما العرض الفني والعرض المالي.
14. على كل من يرغب بالمشاركة بتقديم عرض سعر تقديم ما لديه من مواد او اجهزة او ماركات لما جاء اعلاه او البديل له والرد على العطاء سلباً او ايجابياً .
15. يحق للمستشفى تجزئة العطاء وهي غير ملزمة بأقل الأسعار .
16. يحق للمستشفى إلغاء العطاء دون ابداء السبب ودون تحمل اية تكاليف مع اعادة رسوم نسخة العطاء للمشاركين في العطاء ان وجدت ، ولا تتحمل المستشفى تكاليف النقل والتحميل والتنزيل .
17. ضرورة ارفاق الرخصة التجارية والسيرة الذاتية للشركة مع عرض السعر .
18. اخر موعد لتقديم عرض السعر هو يوم الأربعاء الموافق 20-01-2021 الساعة الواحدة ظهراً 01:00 PM .
19. لأية إستفسارات متعلقة بالعطاء المذكور اعلاه ، يرجى الاتصال بالسيد مدير دائرة اللوازم والمشتريات هاتف رقم (+97092389687) داخلي ( 6400 ) أو من خلال البريد الالكتروني tender3@najah.edu .

مدير دائرة اللوازم والمشتريات



إياد المكاوي



إعادة طرح عطاء رقم – RFQ-H-11270

No.	Item	QTY	Unit	Supplier & Code No.	delivery	Unit Price (NIS)	Total Price (NIS)
1	Digital Mobile X ray	2	PCS				
	Total Price (NIS)						

المواصفات الفنية الخاصة بالجهاز المطلوب مرفقة في الجداول من الورقة 3 إلى 4 .





Digital Mobile X-ray	Compliance	Deviation
<b>Generator:</b>		
Max. Electric Power: 32kW (100kV, 320mA, 20ms / 80kV, 400mA, 20ms)		
Nominal minimum exposure time:1 msec.		
Tube Voltage Setting Range and Display:Setting Range: 40kV to 133kV, in 1kV increments, Display : Digital		
Anatomical Programs: 432 for FPD radiography, 9 for general radiography		
Battery Life for wireless hand switch: Approx. 27,000 exposures) (150 exposures per day X 180 days)		
<b>X-Ray Tube Unit:</b>		
Nominal Max. Tube Voltage,Radiography,133Kv		
<b>Collimator:</b>		
Max.Field: 430mm x 430mm at SID 1m		
Min. Field: 0mm x 0mm (leaves closed)		
<b>Illumination Field:</b> Center Indicator:Cross hairs		
Type of Lamp : LED		
<b>X-ray Tube Support and Cart:</b>		
Driving method :Motorized		
Maximum Driving speed :Approx. 5 km/h		
Height during transportation(from floor) : 1270mm		
Focal point height (from floor): 680 to 2025mm		
Tube support arm : Collapsible arm		
Arm length :638 to 1203mm		
Column rotation range : +/- 270 degree		
Tube rotation around support arm : +/- 180 degree		
Tube rotation around tube axis : Forward 90 degree, Backward 30 degree		
Rotation of collimator: +/- 90 degree		
<b>Flat Panel Detector</b>		
Wireless Communications		
Security : WPA2-PSK(AES)		
<b>Display Unit:</b>		
Resolution : 1,280 x 1,024		



**Digital Radiography System:**

Hard disk:  
Solid-state drive (SSD) 128GB or equivalent  
Memory:  
8GB RAM or equivalent  
CPU:  
Intel Core i5  
OS:  
Windows 10 64bit  
Image Storage :3,500 images  
DICOM:  
Print, Storage, MWM, MPPS, STORAGE COMMITMENT, RDSR  
PACs ,HIS compatible


**Power Supply:**

When Powered by Battery:  
Power Supply  
Internal battery  
Battery Type:  
Sealed lead storage battery (12V x 20cells)  
When Charging Battery:  
Supply Voltage  
Single-phase 100, 110, 120, 200, 220, 230, 240VAC  
Supply Frequency:  
50/60Hz  
Power Supply Rating:  
1 kVA  
Power Cable Length:  
4m  
Warranty 5 years  
Availability in Stock  
FDA , CE , TUV Certificates

يرجى من حضرتكم تحديد مدة التوريد .  
- ضرورة تعبئة الجدول المرفق أدناه .



1	إسم الشركة
2	الختم
3	التاريخ
4	التوقيع والاسم
5	معلومات الإتصال
6	مدة التوريد





إعادة طرح عطاء مدفوع

يعلن مستشفى النجاح الوطني الجامعي عن طرح عطاء رقم RFQ-H-11270 والخاص باستهلاكات طبية ، على الشركات المتخصصه والراغبه بالمشاركة بالعطاء تقديم عروض اسعارها في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 2021/01/20 الساعة الواحدة بعد الظهر 01:00 pm وفقاً للاتى:

#	رقم العطاء	موضوع العطاء	ثمن نسخة العطاء	موعد الطرح	وقت الإغلاق	التاريخ
1	RFQ-H-11270	2 Machine Digital Mobile X ray	350 شيكل غير مستردة	17-01-2021	P.M 01:00	20-01-2021

حسب الشروط التالية:

1. ضرورة إرفاق الرخصة التجارية والسيرة الذاتية للشركة مع عرض السعر .
2. رسوم الاعلان على من يرسو عليه العطاء .
3. ثمن نسخة العطاء 350 شيكل غير مستردة .
4. كفاية دخول عطاء بقيمة (1000) ألف دولار أمريكي .

على الراغبين بالاشتراك في العطاء المذكور طلبه بواسطة ارسال رسالة على الايميل التالي [tender3@najah.edu](mailto:tender3@najah.edu) او مراجعة دائرة اللوازم والمشتريات مكتب رقم 6400 \ في مستشفى النجاح الوطني الجامعي مبنى الإدارة ، للحصول على نسخة من وثائق العطاء .

للاستفسار يرجى الاتصال على:

دائرة اللوازم والمشتريات في مستشفى النجاح الوطني الجامعي - البريد الإلكتروني [tender3@najah.edu](mailto:tender3@najah.edu) هاتف +970-09-2331471 فاكس: +970-9-2389685 .