

التاريخ : 2021/04/07 م

طرح عطاء رقم RFQ-H-11388

السادة / الشركات الراغبة بالمشاركة بالعطاء - المحترمين .

الموضوع : **Optical Biometer (IOL Biometer)** , حسب المواصفات .

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه , يرجى الاطلاع على المواصفات المرفقة مع مراعاة الشروط التالية :-

1. تكتب الاسعار بالشيكول الإسرائيلي وبشكل واضح في المكان المخصص حسب الجدول المرفق وتضمن قيمة الضريبة المضافة , في حال وجود تعارض بين سعر الوحدة ومجموع سعر الوحدة المشتق , فإن سعر الوحدة هو الذي سيعتمد .
2. يتم تقديم شهادة خصم مصدر في حالة تجاوز المبلغ قيمة 2500 شيكل او ما يعادلها .
3. غرامة تأخير 2% عن كل اسبوع وتبدأ من اليوم الذي يلي موعد التسليم المحدد من قبلكم , و يحق للمستشفى إلغاء أمر الشراء والاحالة على مورد آخر دون تحمل اية مسؤولية تذكر في حالة تأخير التوريد ما يزيد عن اسبوعين .
4. تحديد فترة التوريد في عرض سعركم **وعدم ذلك يعني أن التوريد فوري** وايضاً أن تكون صلاحية العرض المقدم من طرفكم مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
5. تسلم عروض الاسعار **بظرف مختوم** في مكتب مدير دائرة اللوازم والمشتريات رقم (6400) مبنى الإدارة في مستشفى النجاح الوطني الجامعي وتوضع في صندوق العطاءات مكتب مدير دائرة اللوازم والمشتريات رقم 6400 بعد ختمها من دائرة اللوازم والمشتريات , وعلى أن يكون عرض السعر يحوي فصلاً بين العرض المالي والعرض الفني أي أن العرض المالي منفصل عن العرض الفني مع ضرورة كتابة رقم العطاء على المغلفين وتوضيح اي منهما العرض الفني والعرض المالي **أو عبر الإيميل tender3@najah.edu** أو فلكس رقم 09-2389685 .
6. ضرورة الرد على العطاء سلباً أو ايجاباً .
7. ضرورة الالتزام بالتسعير على جدول المواصفات الكميات في نسخة طرح العطاء .
8. الدفع خلال 90 يوم من تاريخ الإستلام والفحص ومطابقة المواصفات الفنية المطلوبة .
9. يحق للمستشفى تجزئة العطاء وهي غير ملزمة بأقل الأسعار .
10. يحق للمستشفى إلغاء العطاء دون ابداء السبب ودون تحمل اية تكاليف مع إعادة رسوم نسخة العطاء للمشاركين في العطاء ان وجدت , لا تتحمل المستشفى تكاليف النقل والتحميل والتنزيل .
11. ضرورة ارفاق الرخصة التجارية والسيرة الذاتية للشركة مع عرض السعر .
12. اخر موعد لتقديم عرض السعر هو يوم الثلاثاء الموافق 2021/04/13 الساعة العاشرة صباحاً (10:00)AM .
13. لأية إستفسارات متعلقة بالعطاء المذكور اعلاه , يرجى الاتصال بالمسيد مدير دائرة اللوازم والمشتريات هاتف رقم (0097092389687) داخلي (6400) أو من خلال البريد الإلكتروني **tender3@najah.edu** .

مع فائق الاحترام , , , ,

مدير دائرة اللوازم والمشتريات

إيد مكوي



التاريخ : 2021/04/07 م

طرح عطاء رقم RFQ-H-11388

جدول المواصفات والكميات

No	Item Code	Item	QTY	Unit	# Model	Price (NIS)
1	G-A-MDD01256	Optical Biometer (IOL Biometer) Good brand name with FDA or CE Manufacturer : Source and origin :	1	PCS		

Optical Biometer Specification:

- Should use Non-invasive Biometry equipment for accurate IOL Power Calculations
- Should measure the total Keratometry as following- Axial length, corneal radii, Anterior Chamber Depth, White-to-White measurement
- Should have a Measurement Range of:
 - ✓ Axial Length- 14-38mm
 - ✓ Corneal radii- 5-10mm
 - ✓ Anterior Chamber depth- 1.5 – 6.5mm
 - ✓ White-to-white measurement- 8-16 mm
- Should have the following IOL calculation formulas:
 - ✓ Barrett Universal II & Barrett TK Universal II, Barrett toric & Barrett TK toric, Barrett True K & Barrett True K with TK
 - ✓ Haigis, Haigis-L, Haigis-T
 - ✓ Hoffer Q
 - ✓ Holladay 1 and 2
 - ✓ SRK/T
- Display should be minimum 10" colour TFT touch screen
- Should have Calculations of Phakic anterior and posterior chamber implants
- Optimization of Lens Constants should be possible
- Data interfaces shall be possible with USB/LAN
- Ethernet port for network connection and network printer
- Should provide motorized table and printer
- Operating Voltage 220-240 VAC, 50-60Hz
- Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified
- Your offer should contain the following:
 - ✓ Preventive maintenance schedual
 - ✓ Reference list for the same model
 - ✓ Compliance sheet
 - ✓ Cataloges
 - ✓ Data sheet
 - ✓ Authorization latter
 - ✓ CE or FDA certificate
- Warranty: 5 years, with commitment to conduct preventive maintenance (labor and parts) during the warranty period and according to manufacturer recommendations.

يرجى تحديد:

- مدة التوريد.
- مدة صلاحية الأسعار.