

التاريخ : 05-10-2021

طرح عطاء رقم – RFQ-H-11430

السادة / الشركات المختصة الراغبة بالمشاركة بالعطاء - المحترمين .

الموضوع : **Operating Light** ، حسب المواصفات المرفقة .

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى الاطلاع على جداول المواصفات المرفقة مع مراعاة الشروط التالية :-

1. تكتب الاسعار بالشيكل الاسرائيلي وبشكل واضح في المكان المخصص حسب الجدول المرفق وتشمل قيمة الضريبة المضافة، في حال وجود تعارض بين سعر الوحدة ومجموع سعر الوحدة المشتق، فإن سعر الوحدة هو الذي سيعتمد .
2. ثمن نسخة العطاء (250) شيكل إسرائيلي غير مستردة تدفع في الدائرة المالية مبنى الإدارة - الطابق الأول .
3. كفالة دخول عطاء بقيمة (1000) ألف دولار امريكي او ما يعادلها سارية المفعول لمدة ثلاثة شهور تأميناً نقدياً او كفالة بنكية او شيكاً مصدقاً وفي حالة عدم تقديم التأمين لا ينظر في عرض سعركم.
4. كفالة حسن تنفيذ بقيمة 10% من قيمة العطاء في حالة الترسية تأميناً نقدياً او كفالة بنكية او شيكاً مصدقاً سارية المفعول لمدة ثلاثة اشهر .
5. تستبدل بكفالة صيانة بقيمة 5% من قيمة الإحالة .
6. رسوم الاعلان على من يرسو عليه العطاء .
7. ضرورة الالتزام بالتسعير على النموذج المرفق بالعطاء .
8. أن تكون الأجهزة المعروضة جديدة وليست مجددة .
9. يتم تقديم شهادة خصم مصدر في حالة تجاوز المبلغ قيمة 2500 شيكل او ما يعادلها .
10. غرامة تأخير 2% عن كل اسبوع وتبدأ من اليوم الذي يلي موعد التسليم المحدد من قبلكم، وفي حال تأخير التوريد مدة تزيد عن اسبوعين يحق للمستشفى إلغاء أمر الشراء والاحالة على مورد آخر وتحملكم فروق الأسعار .
11. الدفع خلال 90 يوماً من تاريخ الاستلام والفحص ومطابقة المواصفات الفنية المطلوبة .
12. تحديد فترة التسليم في عرض سعركم وايضاً فترة الضمان وأن تكون صلاحية العرض المقدم من طرفكم مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
13. تسلم عروض الاسعار في مكتب مدير دائرة اللوازم والمشتريات رقم (6400) مبنى الإدارة في مستشفى النجاح الوطني الجامعي بالظرف المختوم وتوضع في صندوق العطاءات ، على أن يكون عرض السعر يحوي فصلاً بين العرض المالي والعرض الفني أي أن العرض المالي منفصل عن العرض الفني مع ضرورة كتابة رقم العطاء على المغلفين وتوضيح اي منهما العرض الفني والعرض المالي .
14. على كل من يرغب بالمشاركة بتقديم عرض سعر تقديم ما لديه من مواد او اجهزة او ماركات لما جاء اعلاه او البديل له والرد على العطاء سلباً او ايجاباً .
15. يحق للمستشفى تجزئة العطاء وهي غير ملزمة بأقل الأسعار .
16. يحق للمستشفى إلغاء العطاء دون ابداء السبب ودون تحمل اية تكاليف مع اعادة رسوم نسخة العطاء للمشاركين في العطاء ان وجدت، ولا تتحمل المستشفى تكاليف النقل والتحميل والتنزيل .
17. ضرورة ارفاق الرخصة التجارية والسيرة الذاتية للشركة مع عرض السعر .
18. اخر موعد لتقديم عرض السعر هو يوم الخميس الموافق 2021-10-14 الساعة الثالثة عصراً 03:00 PM .
19. لأية إستفسارات متعلقة بالعطاء المذكور اعلاه ، يرجى الاتصال بالسيد مدير دائرة اللوازم والمشتريات هاتف رقم (97092389687) داخلي (6400) او من خلال البريد الالكتروني tender3@najah.edu .

مدير دائرة اللوازم والمشتريات

إياد المكاوي



طرح عطاء رقم – RFQ-H-11430

No.	NNUH Code	Item	QTY	Unit	CODE #	نوع / موزع	U.P (NIS)	T.P (NIS)
1	G-A-MDD001	Operating Light حسب المواصفات المرفقة	4	Pcs				
-	Total Price (NIS)							

Operating Light, Qty:: 4	Compliance	Deviation
Good brand name with FDA or CE (Eurob, USA , Japan)		
Manufacturer:		
Source and origin:		
Model:		
Operating Light Specification:		
LED based technology		
The control panel should be attached to the light arm for ease of use		
One main light and one satellite and single flat screen holder with double arm each		
Intensity at 1-meter distance for main light not less than 1,60,000 lux and not less than 1,20,000 lux for satellite light.		
Should have variable Colour Temperature: 3500-5000K.		
Having on / off switch and light intensity control on light arm.		
Homogenous luminous field with lowest possible amount of shadow.		
Should the light not produce heat on the surgeon's head		
Depth of illumination should be 100-140 cms. for main & satellite light.		
Illuminated field diameter should be more than 25 cm		
LED lifetime more than 40,000 hours for the two light		
The light head should be so constructed as to provide optimum conditions for laminar flow.		
User selectable intensity variation with digital display from 30 to 100% in 6 or more steps"		
Includes 5 spare sterilizable handel		
OR wall touchscreen control unit		
Medical grade Screen not less than 25"		

Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified		
With all required parts for installation and operation		
Service training for one biomedical engineer at the manufacturer site		
Optional to be price seperately:		
Sterilizable handle		
LED lamp		
Cameera with its system		
Your offer should contain the following: 1) Previntive maintenance schedual 2) Refernce list for the same model 3) Compliance sheet 4) Cataloges 5) Data sheet 6) Autherization latter 7) CE or FDA certificate		
Site visit is mandatory before send the price offer		
Proposal shop drawing for the system shall be attached with offer		

Warranty: 3 years, with commitment to conduct preventive maintenance (labor and parts) during the warranty period and according to manufacturer recommendations.

lm

يرجى الإلتزام بتعبئة الجدول التالي :

	إسم الشركة	1
	الختم	2
	التوقيع والإسم	3
	معلومات الإتصال	4
	مدة التوريد	5
	مدة الكفالة إن وجدت	6



طرح عطاء مدفوع

يعن مستشفى النجاح الوطني الجامعي عن طرح عطاء رقم RFQ-H-11430 والخاص بشراء Operating Light، على الشركات المتخصصة والراغبة بالمشاركة بالعطاء تقديم عروض اسعارها في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 2021/10/14 الساعة الثالثة بعد الظهر 03:00 pm وفقاً للاتى:

وقت الإغلاق الساعة	التاريخ	موعد الطرح	ثمن نسخة العطاء	موضوع العطاء	رقم العطاء	#
P.M 03:00	14-10-2021	05-10-2021	250 شيكل غير مستردة	Operating Light	RFQ-H-11430	1

حسب الشروط التالية:

1. ضرورة إرفاق الرخصة التجارية والسيرة الذاتية للشركة مع عرض السعر .
2. رسوم الإعلان على من يرسو عليه العطاء .
3. ثمن نسخة العطاء 250 شيكل غير مستردة .
4. كدالة دخول عطاء بقيمة (1000) ألف دولار أمريكي .

على الراغبين بالاشتراك في العطاء المذكور طلبه بواسطة ارسال رسالة على الايميل التالي tender3@najah.edu او مراجعة دائرة اللوازم والمشتريات مكتب رقم 6400 في مستشفى النجاح الوطني الجامعي مبنى الإدارة ، للحصول على نسخة من وثائق العطاء .

للاستفسار يرجى الاتصال على:

دائرة اللوازم والمشتريات في مستشفى النجاح الوطني الجامعي - البريد الالكتروني tender3@najah.edu هاتف 2331471-09-970+ فاكس: 2389685-9-970+ .