

التاريخ: 2022/03/22م

طرح عطاء رقم RFQ-H-11487


السادة / الشركات المختصة الراغبة بالمشاركة بالعطاء - المحترمين

الموضوع : Infusion pump , حسب المواصفات .

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه, يرجى الاطلاع على المواصفات المرفقة مع مراعاة الشروط التالية :-

1. تكتب الاسعار بالشيكلي الإسرائيلي وبشكل واضح في المكان المخصص حسب الجدول المرفق و تشمل قيمة الضريبة المضافة, في حال وجود تعارض بين سعر الوحدة ومجموع سعر الوحدة المشتق، فإن سعر الوحدة هو الذي سيعتمد .
2. يتم تقديم شهادة خصم مصدر في حالة تجاوز المبلغ قيمة 2500 شيكل او ما يعادلها.
3. غرامة تأخير 2% عن كل اسبوع وتبدأ من اليوم الذي يلي موعد التسليم المحدد من قبلكم, و يحق للمستشفى إلغاء أمر الشراء والاحالة على مورد آخر دون تحمل اية مسؤولية تذكر في حالة تأخير التوريد ما يزيد عن اسبوعين .
4. تحديد فترة التوريد في عرض سعركم وعدم ذلك يعنى أن التوريد فوري وايضاً أن تكون صلاحية العرض المقدم من طرفكم مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
5. تسلم عروض الاسعار عبر الايميل nnuh.tender@najah.edu فقط ولن يتم قبول أى عرض سعر الا من خلاله ، على أن يكون عرض السعر يحوي فصلاً بين العرض المالي والعرض الفني أي أن العرض المالي منفصل عن العرض الفني .
6. ضرورة الرد على العطاء سلباً أو ايجاباً.
7. الدفع بعد 90 يوم من تاريخ الإستلام والفحص ومطابقة المواصفات الفنية المطلوبة.
8. يحق للمستشفى تجزئة العطاء وهي غير ملزمة بأقل الأسعار.
9. يحق للمستشفى إلغاء العطاء دون ابداء السبب ودون تحمل اية تكاليف مع إعادة رسوم نسخة العطاء للمشاركين في العطاء ان وجدت، لا تتحمل المستشفى تكاليف النقل والتحميل والتنزيل.
10. ضرورة ارفاق الرخصة التجارية والسيرة الذاتية للشركة مع عرض السعر .
11. اخر موعد لتقديم عرض السعر هو يوم الثلاثاء الموافق 2022/03/29 الساعة العاشرة صباحا (10:00)AM.
12. لأية إستفسارات متعلقة بالعطاء المذكور اعلاه , يرجى الاتصال بالسيد مدير دائرة اللوازم والمشتريات هاتف رقم (0097092389687) داخلي (6400) أو من خلال البريد الالكتروني tender3@najah.edu فقط.

مع فائق الاحترام ,،،،،



مدير دائرة اللوازم والمشتريات

إياد مكاوي



التاريخ: 2022/03/22م

طرح عطاء رقم RFQ-H-11487

No	Item Code	Item	Unit	QTY	CODE NO. - وكيل حصري / موزع	Unit Price (Nis)	Total Price (Nis)
1	G-A-MDD00016	Infusion pump كما في المواصفات المرفقة في الجدول ادناه	15	PCS			
...	...	Total Price (Nis)	

Infusion pump, Qty: 15	Compliance	Deviation
Good brand name with FDA or CE, preferable (Eurob, USA , Japan)		
Manufacturer:		
Source and origin:		
Model:		
Vital sign monitor Specification:		
Microprocessor Controlled		
Should compatible with most of the IV set and Programmable to any I.V.tubing		
Accuracy $\pm 3\%$.		
The equipment should have the facility to automatically purge air for removal of any outgassed air		
Suitable for micro/adult infusions		
Audible and Visual alarms		
Should has Keep Vein Open (KVO) function		
The system has an alarm when EOI (endo of infusion) has reached		
Should has bubble detector to detect air in line		
Free flow protection.		
With upstream and downstream pressure sensor		
Should have Bolus infusion function		
Should have an LCD display system which displays information about the rate of infusion, total volume infused, real temperature of fluids, line pressure etc.		
The equipment should have an internal rechargeable battery backup for 5 hours.		
The power cable should be universal		



Should come with its drop sensor		
it can operate with and without the drop sensor		
Should has a handel for portable		
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified		
Your offer should contain the following: 1) Previntive maintenance schedual 2) Refernce list for the same model 3) Compliance sheet 4) Cataloges 5) Data sheet 6) Autherization latter 7) CE or FDA certificate 8) The service and operational manuals should delivered as soft copy with the units		
Warranty: 3 years, with commitment to conduct preventive maintenance (labor and parts) during the warranty period and according to manufacturer recommendations.		

- يرجى من حضرتكم تحديد مدة التوريد
- ضرورة الالتزام بالتسعير على النموذج المرفق بالعاء، والالتزام بالعملة المحددة (شيكل).

- يرجى من حضرتكم الالتزام بتعبئة المعلومات في الجدول أدناه:

	إسم الشركة	1
	الختم	2
	التوقيع والإسم	3
	معلومات الإتصال	4
	مدة التوريد	5
	مدة الكفالة إن وجدت	6

Am.