

التاريخ : 31/03/2022 م

إعادة طرح عطاء رقم – RFQ-H-11486


السادة / الشركات المختصة الراغبة بالمشاركة بالعطاء - المحترمين .

الموضوع : أجهزة طبية لقسم زراعة النخاع ، حسب المواصفات المرفقة .

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى الاطلاع على جداول المواصفات المرفقة مع مراعاة الشروط التالية :-

1. تكتب الاسعار بالشيكل الاسرائيلي وبشكل واضح في المكان المخصص حسب الجدول المرفق وتشمل قيمة الضريبة المضافة، في حال وجود تعارض بين سعر الوحدة ومجموع سعر الوحدة المشتق، فإن سعر الوحدة هو الذي سيعتمد .
2. ثمن نسخة العطاء (250) شيكل إسرائيلي غير مستردة تدفع في الدائرة المالية مبنى الإدارة - الطابق الأول .
3. كفالة دخول عطاء بقيمة (1000) ألف دولار امريكي او ما يعادلها سارية المفعول لمدة ثلاثة شهور تأميناً نقدياً او كفالة بنكية او شيكاً مصدقاً وفي حالة عدم تقديم التأمين لاينظر في عرض سعركم.
4. كفالة حسن تنفيذ بقيمة 10% من قيمة العطاء في حالة الترسية تأميناً نقدياً او كفالة بنكية او شيكاً مصدقاً سارية المفعول لمدة ثلاثة اشهر.
5. رسوم الاعلان على من يرسو عليه العطاء .
6. ضرورة الالتزام بالتسعير على النموذج المرفق بالعطاء .
7. ضرورة أن تكون الأجهزة المعروضة جديدة وليست مجددة .
8. يتم تقديم شهادة خصم مصدر في حالة تجاوز المبلغ قيمة 2500 شيكل او ما يعادلها.
9. غرامة تأخير 2% عن كل اسبوع وتبدأ من اليوم الذي يلي موعد التسليم المحدد من قبلكم، وفي حال تأخير التوريد مدة تزيد عن اسبوعين يحق للمستشفى إلغاء أمر الشراء والاحالة على مورد آخر وتحملكم فروق الأسعار.
10. الدفع خلال 90 يوماً من تاريخ الاستلام والفحص ومطابقة المواصفات الفنية المطلوبة .
11. تحديد فترة التسليم في عرض سعركم وايضاً فترة الضمان وأن تكون صلاحية العرض المقدم من طرفكم مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
12. تسلم عروض الاسعار في مكتب مدير دائرة اللوازم والمشتريات رقم (6400) مبنى الإدارة في مستشفى النجاح الوطني الجامعي بالظرف المختوم فقط وتوضع في صندوق العطاءات ، على أن يكون عرض السعر يحوي فصلاً بين العرض المالي والعرض الفني أي أن العرض المالي منفصل عن العرض الفني مع ضرورة كتابة رقم العطاء على المغلفين وتوضيح اي منهما العرض الفني والعرض المالي.
13. على كل من يرغب بالمشاركة بتقديم عرض سعر تقديم ما لديه من مواد او اجهزة او ماركات لما جاء اعلاه او البديل له والرد على العطاء سلباً او ايجاباً .
14. يحق للمستشفى تجزئة العطاء وهي غير ملزمة بأقل الأسعار .
15. يحق للمستشفى إلغاء العطاء دون ابداء السبب ودون تحمل اية تكاليف مع اعادة رسوم نسخة العطاء للمشاركين في العطاء ان وجدت، ولا تتحمل المستشفى تكاليف النقل والتحميل والتنزيل .
16. ضرورة ارفاق الرخصة التجارية والسيرة الذاتية للشركة مع عرض السعر .
17. يرجى الالتزام بتعبئة كافة وثائق العطاء من صفحة 2 إلى صفحة 5 .
18. اخر موعد لتقديم عرض السعر هو يوم الأربعاء الموافق 2022-04-06 الساعة الثالثة بعد الظهر **PM03:00** .
19. لأية إستفسارات متعلقة بالعطاء المذكور اعلاه ، يرجى الاتصال بالمسيد مدير دائرة اللوازم والمشتريات هاتف رقم (+97092389687) داخلي (6400) أو من خلال البريد الالكتروني tender3@najah.edu .

مدير دائرة اللوازم والمشتريات
إياد المكاوي



إعادة طرح عطاء رقم – RFQ-H-11486

جدول الأسعار والكميات :

No .	NNUH Code	Item	QTY	Unit	CODE #	وكيل / موزع	مدة التوريد	U.P (NIS)	T.P (NIS)
1	G-A-MDD01302	Cryogenic Storage Systems	1	Pcs					
2	G-A-MDD01303	Controlled rate freezer (CRF)	1	Pcs					
-	Total Price (NIS)								

جدول المواصفات والكميات :-

Item 1

Cryogenic Storage Systems, Qty: 1	Compliance	Deviation
Good brand name with FDA or CE		
Manufacturer:		
Source and origin:		
Model:		
Cryogenic Storage Systems Specification:		
Used for both liquid and vapor phase storage		
Automated temperature and liquid level monitoring and alarms		
Automated fill and Microprocessor-based LN2 level control		
Hot gas bypass		
Cabinet Material: Stainless Steel		
Vial capacity is around 19,500		
LN2 capacity is around 460 L		
Capacity under platform is around 50 L		
number of Stages per rack around 14		

Overall height (floor to tabletop) is around 1600 mm		
Neck diameter is around 32 cm		
with LN2 supply Stainless steel tank suitable with system with its connections parts to the cryogenic storage		
with its recommended racks, boxes and straws that support blood bags and tubes Note: blood bag capacity: 700 ml		
Should work on 220V, 50 Hz AC Supply.		
Describe any accessories you recommend for us		
Optional to be priced separately:		
Rack		
Straw		
Cryogenic protection: 1- Cryogenic Gloves: size L mid arm length 2- Cryogenic Face Shield 3- Cryogenic Apron		
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified		
Your offer should contain the following: 1) Preventive maintenance schedule 2) Reference list for the same model 3) Compliance sheet 4) Catalogues 5) Data sheet 6) Authorization letter 7) CE or FDA certificate 8) The service and operational manuals should delivered as soft copy with the units		

Warranty: 3 years, with commitment to conduct preventive maintenance (labor and parts) during the warranty period and according to manufacturer recommendations.



**Item 2**

Controlled rate freezer (CRF), Qty: 1	Compliance	Deviation
Good brand name with FDA or CE		
Manufacturer:		
Source and origin:		
Model:		
Controlled rate freezer (CRF) Specification:		
Chamber and sample temperatures are monitored		
Temp. range around +50 to -180C		
Chamber volume 17L		
Accommodates straw, Vials and blood bags		
Standard alarms to alert users of thermocouple failures, heater malfunction, high/low temperature limits, temperature tracking, power failure, and completion of run		
Type 304 stainless steel with exterior powder-coat finish		
Intuitive touchscreen display		
Should work on 220V, 50 Hz AC Supply.		
with LN2 supply Stainless steel tank suitable with system with its connections parts to the controlled rate freezer		
with vial and bag racks		
Describe any accessories you recommend for us		
Optional to be priced separately:		
Bag freezing presses		
Bag freezing cassettes		
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified		



Your offer should contain the following:

- 1) Preventive maintenance schedule
- 2) Reference list for the same model
- 3) Compliance sheet
- 4) Catalogues
- 5) Data sheet
- 6) Authorization letter
- 7) CE or FDA certificate
- 8) The service and operational manuals should delivered as soft copy with the units

Warranty: 3 years, with commitment to conduct preventive maintenance (labor and parts) during the warranty period and according to manufacturer recommendations.



يرجى الإلتزام بتعبئة الجدول التالي :

	إسم الشركة	1
	الختم	2
	التوقيع والإسم	3
	معلومات الإتصال	4
	مدة التوريد	5
	مدة الكفالة إن وجدت	6





إعادة طرح عطاء مدفوع

يعلن مستشفى النجاح الوطني الجامعي عن إعادة طرح عطاء رقم RFQ-H-11486 والخاص بشراء أجهزة طبية لقسم زراعة النخاع ، على الشركات المتخصصة والرغبة بالمشاركة بالعطاء بتقديم عروض أسعارها في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 06/04/2022 الساعة الثالثة بعد الظهر 03:00 PM وفقاً للاتى:

وقت الإغلاق الساعة	التاريخ	موعد الطرح	نصن نسخة العطاء	موضوع العطاء	رقم العطاء	#
P.M 03:00	2022/04/06	2022/03/31	غير مستردة 250 شيكل	أجهزة طبية لقسم زراعة النخاع	RFQ-H-11486	I

حسب الشروط التالية:

1. ضرورة إرفاق الرخصة التجارية والسيرة الذاتية للشركة مع عرض السعر .
2. رسوم الإعلان على من يرسو عليه العطاء .
3. نمن نسخة العطاء 250 شيكل غير مستردة .
4. كفاية دخول عطاء بقيمة (1000) الف دولار أمريكي .

على الراغبين بالاشتراك في العطاء المذكور طلبه بواسطة ارسال رسالة على الايميل التالي tender3@najah.edu او مراجعة دائرة اللوازم والمشتريات مكتب رقم 6400 في مستشفى النجاح الوطني الجامعي مبنى الإدارة ، للحصول على نسخة من وثائق العطاء .

للاستفسار يرجى الاتصال على:

دائرة اللوازم والمشتريات في مستشفى النجاح الوطني الجامعي - البريد الإلكتروني tender3@najah.edu هاتف 2331471-09-970+ فاكس: 2389685-970+ .

