

التاريخ : 05/01/2023 م

طرح عطاء رقم – RFQ-H-11555

السادة / الشركات المختصة الراغبة بالمشاركة بالعطاء - المحترمين .

الموضوع : توريد جهاز Fully Automated In Vitro Coagulation Analyzer – لصالح مختبر مستشفى النجاح الوطني الجامعي بنظام الـ LEASE لمدة خمس سنوات مقابل المستهلكات التشغيلية .

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى الاطلاع ومراعاة الشروط التالية :-

1. تكتب الاسعار بالشيكال الإسرائيلي وبشكل واضح وتشمل قيمة الضريبة المضافة .
2. أن يتضمن عرض السعر جدولاً مفصلاً وواضحاً لكافة المستهلكات اللازمة لتشغيل الجهاز .
3. يتم تقديم شهادة خصم مصدر في حالة تجاوز المبلغ قيمة 2500 شيكل او ما يعادلها.
4. الالتزام بتأمين مستهلكات الجهاز دون تأخير يؤدي الى تعطيل العمل .
5. الالتزام بتدريب العاملين على الجهاز .
6. تلتزم الشركة الراغبة بالمشاركة بتخفيض سعر المستلزمات إذا تم تخفيض أسعارها عالمياً .
7. الدفع خلال 90 يوماً من تاريخ الاستلام والفحص ومطابقة المواصفات الفنية المطلوبة للمستهلكات التشغيلية .
8. على من يرسو عليه العطاء الإلتزام بتأمين الصيانة المجانية لمدة خمس سنوات تشمل قطع الغيار وكل ما يلزم الصيانة ، والإلتزام بإجراء الصيانة الدورية وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة .
9. أن تكون الأجهزة المعروضة جديدة وغير مجددة .
10. تؤول ملكية الجهاز بعد إنقضاء فترة الخمسة سنوات للمستشفى الجامعي .
11. تسلم عروض الاسعار عبر الإيميل بالظرف المغلق فقط ويتم إرفاق مغلفين منفصلين (مالي + فني) .
12. على كل من يرغب بالمشاركة بتقديم سعر تقديم ما لديه من مواد او اجهزة او ماركات لما جاء اعلاه او البديل له والرد على العطاء سلباً او ايجاباً .
13. لجنة العطاءات غير ملزمة بأقل الأسعار .
14. ضرورة الإلتزام بتعبئة جدول المواصفات الفنية .
15. يحق للمستشفى إلغاء العطاء دون ابداء السبب ودون تحمل اية تكاليف مع اعادة رسوم نسخة العطاء للمشاركين في العطاء ان وجدت، ولا تتحمل المستشفى تكاليف النقل والتحميل والتنزيل .
16. ضرورة ارفاق الرخصة التجارية والسيرة الذاتية للشركة مع عرض السعر .
17. اخر موعد لتقديم عرض السعر هو يوم الإثنين الموافق 2023-01-16 الساعة الثالثة مساءً 03:00 PM .
18. لأية إستفسارات متعلقة بالعطاء المذكور اعلاه ، يرجى الاتصال بالسيد مدير دائرة اللوازم والمشتريات هاتف رقم (+97092389687) داخلي (6400) او من خلال البريد الالكتروني tender3@najah.edu .

مدير دائرة اللوازم والمشتريات

إياد المكاوي




طرح عطاء رقم – RFQ-H-11555

No.	Item	NNUH#	QTY	Unit	Supplier & Brand name	delivery	Unit Price (NIS)	Total Price (NIS)
1	Fully Automated In Vitro Coagulation Analyzer	<u>G-A-MDD01351</u>	1	PCS				
	Total Price (NIS)							

- em
- يرجى من حضرتكم تحديد مدة التوريد .
 - ضرورة تعبئة الجدول المرفق أدناه .

	<u>إسم الشركة</u>	<u>1</u>
	<u>الختم</u>	<u>2</u>
	<u>التاريخ</u>	<u>3</u>
	<u>التوقيع والإسم</u>	<u>4</u>
	<u>معلومات الاتصال</u>	<u>5</u>
	<u>مدة التوريد</u>	<u>6</u>



يرجى تعبئة جداول المواصفات الفنية



Fully-automated in vitro coagulation analyzer, Qty: 1 On lease system	Compliance Yes/No	Deviation
Good brand name with FDA or CE preferable (Eurob, USA , Japan)		
On lease contract		
Should has CB test and EMC test (60601.1 and 60601.2)		
Manufacturer:		
Source and origin:		
Model:		
Fully-automated in vitro coagulation analyzer Specification:		
State of the art technology and the latest version and the highest model from the manufacturer		
Sample throughput >150 tests/h		
STAT samples		
Sample identification Positive, internal barcodereader		
Positive reagent identification		
Clotting, Chromogenic, Immunologic tests		
Cap piercing for variable primaryreceptacles		
Continuous loading of cuvettes,samples, reagents		
Calibration fully automatic		
Reaction curve plausibility check		
Micro clot detection		
Automatic test repetition		
Wavelength 405 nm, 620 nm		
Interference detection		
Reaction curve availability		
Reagent and sample resulttraceability		
Cooled reagent positions / stirringpositions		
Quality control program		
Low maintenance effort.		
LIS Interface Bi-directional		
Must be FDA approved.		
Must provide consumables needed for validation		
Describe any accessories that you recommend for us?		



Complete with all parts, accessories and consumables needed to work perfectly and completely		
Your offer should contain the following:		
1) Preventive maintenance schedule		
2) Reference list for the same model		
3) Compliance sheet		
4) Catalogues		
5) Data sheet		
6) Authorization letter		
7) CE or FDA and ISO certificates		
8) CB test and EMC test certificate		
9) The service and operational manuals should delivered as soft copy with the units		
10) Guarantee for 10 years for spare parts supply		





طرح عطاء

يعلن مستشفى النجاح الوطني الجامعي عن طرح عطاء رقم RFQ-H-11555 والخاص بـ Fully Automated In Vitro Coagulation Analyzer ، على الشركات المتخصصة والراغبة بالمشاركة بالعطاء تقديم عروض أسعارها في موعد أقصاه يوم الإثنين الموافق 16/01/2023 الساعة الثالثة عصراً PM 03:00 وفقاً للاتى :

وقت الإغلاق الساعة	التاريخ	موعد الطرح	ثمن نسخة العطاء	موضوع العطاء	رقم العطاء	#
P.M 03:00	2023/01/16	2023/01/05	مجانياً	Fully Automated In Vitro Coagulation Analyzer – <u>Lease System</u>	RFQ-H-11555	1

حسب الشروط التالية:

1. ضرورة إرفاق الرخصة التجارية والسيرة الذاتية للشركة مع عرض السعر .

على الراغبين بالاشتراك في العطاء المذكور طلبه بواسطة إرسال رسالة على الإيميل التالي tender3@najah.edu أو مراجعة دائرة اللوازم والمشتريات مكتب رقم 6400 في مستشفى النجاح الوطني الجامعي مبنى الإدارة ، للحصول على نسخة من وثائق العطاء .

للاستفسار يرجى الاتصال على :

دائرة اللوازم والمشتريات في مستشفى النجاح الوطني الجامعي – البريد الإلكتروني tender3@najah.edu هاتف 970-09-2331471 فاكس: 970-9-2389685 .