

التاريخ: 2023/02/08 م

طرح عطاء رقم RFQ-H-11557

السادة / الشركات الراغبة بالمشاركة بالعطاء - المحترمين .

الموضوع: أجهزة طبية ، حسب المواصفات.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى الاطلاع على المواصفات المرفقة مع مراعاة الشروط التالية :-


1. تكتب الاسعار بالشيكال الاسرائيلي وبشكل واضح في المكان المخصص حسب الجدول المرفق وتشمل قيمة الضريبة المضافة، في حال وجود تعارض بين سعر الوحدة ومجموع سعر الوحدة المشتق، فإن سعر الوحدة هو الذي سيعتمد .
2. ضرورة الالتزام بالتسعير على النموذج المرفق بالعطاء .
3. يتم تقديم شهادة خصم مصدر في حالة تجاوز المبلغ قيمة 2500 شيكل او ما يعادلها.
4. غرامة تأخير 2% عن كل اسبوع وتبدأ من اليوم الذي يلي موعد التسليم المحدد من قبلكم، وفي حال تأخير التوريد مدة تزيد عن اسبوعين يحق للمستشفى إلغاء أمر الشراء والاحالة على مورد آخر وتحملكم فروق الأسعار .
5. الدفع خلال 90 يوم من تاريخ الاستلام والفحص ومطابقة المواصفات الفنية المطلوبة.
6. تحديد فترة التسليم في عرض سعركم وأيضاً فترة الضمان وأن تكون مدة صلاحية العرض المقدم من طرفكم لا تقل عن ثلاثة أشهر.
7. ثمن نسخة العطاء (250) شيكل إسرائيلي غير مستردة تدفع في الدائرة المالية مبنى الإدارة – الطابق الأول .
8. كفالة دخول عطاء بقيمة (1000) ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها سارية المفعول لمدة ثلاثة شهور تأميناً نقدياً أو كفالة بنكية أو شيكاً مصدقاً وفي حالة عدم تقديم التأمين لا ينظر في عرض سعركم.
9. كفالة حسن تنفيذ بقيمة 10% من قيمة العطاء في حالة الترسية تأميناً نقدياً أو كفالة بنكية أو شيكاً مصدقاً سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر تستبدل بكفالة صيانة بنكية 5% من قيمة الإحالة.
10. رسوم الإعلان على من يرسو عليه العطاء .
11. تسلم عروض الأسعار **بالظرف المغلق** في مكتب مدير دائرة اللوازم والمشتريات رقم (6400) مبنى الإدارة في مستشفى النجاح الوطني الجامعي بالظرف المختوم وتوضع في صندوق العطاءات، على أن يكون عرض السعر يحوي فصلاً بين العرض المالي والعرض الفني أي أن العرض المالي منفصل عن العرض الفني مع ضرورة كتابة رقم العطاء على المغلفين وتوضيح أي منهما العرض الفني والعرض المالي.
12. على كل من يرغب بالمشاركة بتقديم عرض سعر تقديم ما لديه من مواد أو أجهزة أو ماركات لما جاء أعلاه أو البديل له والرد على العطاء سلباً أو إيجاباً .
13. يحق للمستشفى إلغاء العطاء دون ابداء السبب ودون تحمل اية تكاليف مع اعادة رسوم نسخة العطاء للمشاركين في العطاء ان وجدت ، ولاتتحمل المستشفى تكاليف النقل والتحميل والتنزيل .
14. ضرورة ارفاق الرخصة التجارية والسيرة الذاتية للشركة مع عرض السعر .
15. اخر موعد لتقديم عرض السعر هو يوم الاحد الموافق 2023-02-19 الساعة الرابعة عصراً 04:00 pm .
16. لأية إستفسارات متعلقة بالعطاء المذكور اعلاه، يرجى الاتصال بالسيد مدير دائرة اللوازم والمشتريات هاتفرقم (97092389687+) داخلي (6400) أو من خلال البريد الالكتروني tender3@najah.edu

مع الاحترام،،

مدير دائرة اللوازم والمشتريات

إياد مكاي

Mah



التاريخ: 2023/02/08 م

طرح عطاء رقم RFQ-H-11557

جدول المواصفات والكميات

No	NNUH Code	Item	QTY	Unit	Code /Brand	U.P (NIS)	T.P (NIS)
1	G-A-MDD01347	Argon Laser (Multi spot) with slit lamp مرفق المواصفات بالجدول المرفق	1	PCS			
Total Price (NIS)							

- يرجى من حضرتكم الالتزام بتعبئة المعلومات في الجدول أدناه:

1	إسم الشركة
2	الختم
3	التوقيع والإسم
4	معلومات الإتصال
5	مدة التوريد
6	مدة الكفالة إن وجدت

Mah



Argon Laser (Multi spot) with slit lamp, Qty: 1	Compliance Yes/No	Deviation
Good brand name with FDA or CE preferable (Eurob, USA, Japan)		
Should has CB test and EMC test (60601.1 and 60601.2)		
Manufacturer:		
Source and origin:		
Model:		
Argon Laser (Multi spot) with slit lamp, Specification:		
State of the art technology and the latest version and the highest model from the manufacturer		
577nm yellow Photocoagulator Laser		
Solid State Technology		
Aim Beam 635 - 650 nm		
Versatile Multispot pattern scanning laser		
Power at the tissue up to: 2000 mW		
Pulse duration: 10 Ms To Continuous - Mircopulse Mode		
Variety of customizable grid patterns (squares / triple Arcs / circles / macular grid & single spot)		
Spot size: 100 µm to 400 µm		
Control of the laser settings can be done by analog knob, toch screen and foot switch.		
The foot switch should be wireless		
Control of pattern settings can be done by toch screen and analog click wheel		
Table for slit lamp height adjustable mobile ,with shelf for the laser		
Head fixation with chain rest included		
Printer for detailed treatment parameters should be included		
Removable MultiSpot laser adapter for slit lamp		
Include the following probes :-		
Straight: 20, 23, 25 Gauge		
Curved: 20 Gauge		
Flexible curved: 23, 25 Gauge		
Steerable: 23, 25 Gauge		

gms
Mah



Argon Laser (Multi spot) with slit lamp, Qty: 1	Compliance Yes/No	Deviation
Illuminated: 23, 25 Gauge		
Include slit lamp with the following specifications :-		
LED Illumination		
Slit beam decentering		
Blue , Red-free , Grey and yellow Filters		
Slit Width 0-14 mm (continuous)		
Slit Length 1-14 mm (continuous)		
Microscope stereo angle 13 deg		
Magnification :6.3x, 10x, 16x, 25x, and 40x		
Describe any accessories that you recommend for us?		
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified		

Your offer should contain the following:		
1) Preventive maintenance schedule		
2) Reference list for the same model		
3) Compliance sheet		
4) Catalogues		
5) Data sheet		
6) Authorization letter		
7) CE or FDA and ISO certificates		
8) CB test and EMC test certificate		
9) The service and operational manuals should delivered as soft copy with the units		
10) Guarantee for 10 years for spare parts supply		

Warranty: 5 years, with commitment to conduct preventive maintenance (labor and parts) during the warranty period and according to manufacturer recommendations		
--	--	--

Mah