

التاريخ : 12/03/2023 م

طرح عطاء رقم – RFQ-H-11581

السادة / الشركات المختصة الراغبة بالمشاركة بالعطاء – المحترمين .

الموضوع : **Infusion Pump + Central Monitor For Infusion Pump**، حسب المواصفات المرفقة .

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى الاطلاع على جداول المواصفات المرفقة مع مراعاة الشروط التالية :-

1. تكتب الاسعار بالشيكال الاسرائيلي وبشكل واضح في المكان المخصص حسب الجدول المرفق وتشمل قيمة الضريبة المضافة، في حال وجود تعارض بين سعر الوحدة ومجموع سعر الوحدة المشتق، فإن سعر الوحدة هو الذي سيعتمد .
2. ثمن نسخة العطاء (250) شيكل إسرائيلي غير مستردة تدفع في الدائرة المالية مبنى الإدارة – الطابق الأول .
3. كفالة دخول عطاء بقيمة (1000) ألف دولار امريكي او ما يعادلها سارية المفعول لمدة ثلاثة شهور تأميناً نقدياً او كفالة بنكية او شيكاً مصدقاً وفي حالة عدم تقديم التأمين لا ينظر في عرض سعرهم.
4. كفالة حسن تنفيذ بقيمة 10% من قيمة العطاء في حالة الترسية تأميناً نقدياً او كفالة بنكية او شيكاً مصدقاً سارية المفعول لمدة ثلاثة اشهر.
5. رسوم الاعلان على من يرسو عليه العطاء .
6. ضرورة الالتزام بالتسعير على النموذج المرفق بالعطاء .
7. ضرورة ان تكون الأصناف المقدمة جديدة وليست مجددة .
8. يتم تقديم شهادة خصم مصدر في حالة تجاوز المبلغ قيمة 2500 شيكل او ما يعادلها.
9. غرامة تأخير 2% عن كل اسبوع وتبدأ من اليوم الذي يلي موعد التسليم المحدد من قبلكم، وفي حال تأخير التوريد مدة تزيد عن اسبوعين يحق للمستشفى إلغاء أمر الشراء والاحالة على مورد آخر مع تحميلكم فروق الأسعار .
10. الدفع خلال 90 يوماً من تاريخ الاستلام والفحص ومطابقة المواصفات الفنية المطلوبة .
11. تحديد فترة التسليم في عرض سعرهم وايضاً فترة الضمان وأن تكون صلاحية العرض المقدم من طرفكم مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر .
12. تسلم عروض الاسعار في مكتب مدير دائرة اللوازم والمشتريات رقم (6400) مبنى الإدارة في مستشفى النجاح الوطني الجامعي بالظرف المختوم فقط وتوضع في صندوق العطاءات ، على أن يكون عرض السعر يحوي فصلاً بين العرض المالي والعرض الفني أي أن العرض المالي منفصل عن العرض الفني مع ضرورة كتابة رقم العطاء على المغلفين وتوضيح أي منهما العرض الفني والعرض المالي.
13. على كل من يرغب بالمشاركة بتقديم عرض سعر تقديم ما لديه من مواد او اجهزة او ماركات لما جاء اعلاه او البديل له والرد على العطاء سلباً او ايجاباً .
14. يحق للمستشفى تجزئة العطاء وهي غير ملزمة بأقل الأسعار .
15. يحق للمستشفى إلغاء العطاء دون ابداء السبب ودون تحمل اية تكاليف مع اعادة رسوم نسخة العطاء للمشاركين في العطاء ان وجدت، ولا تتحمل المستشفى تكاليف النقل والتحميل والتنزيل .
16. ضرورة ارفاق الرخصة التجارية والسيرة الذاتية للشركة مع عرض السعر .
17. آخر موعد لتقديم عرض السعر هو يوم الثلاثاء الموافق 2023-03-21 الساعة الثالثة عصراً PM03:00 .
18. لأية إستفسارات متعلقة بالعطاء المذكور اعلاه ، يرجى الاتصال بالسيد مدير دائرة اللوازم والمشتريات هاتف رقم (+97092389687) داخلي (6400) أو من خلال البريد الالكتروني tender3@najah.edu .

مدير دائرة اللوازم والمشتريات

إيساد المكايي

طرح عطاء رقم – RFQ-H-11581

جدول الأسعار والكميات :

No .	NNUH Code	Item	QTY	Unit	CODE #	وكيل / موزع	مدة التوريد	U.P (NIS)	T.P (NIS)
1	G-A-MDD01352	Central monitor for Infusion pump	1	PC					
2	G-A-MDD00016	Infusion pump	40	PC					
-	Total Price (NIS)								

✓ ملاحظة هامة : يرجى تعبئة جدول المواصفات المرفق **Compliance Sheet** وإرفاقه مع عرض السعر .

1	اسم الشركة
2	الختم
3	التوقيع والاسم
4	معلومات الإتصال
5	مدة التوريد
6	مدة الكفالة إن وجدت

Infusion pump, Qty: 40 / with Central monitor, Qty:1	Compliance Yes / No	Deviation
Good brand name with FDA or CE preferable (Europe, USA, Japan)		
Should have CB test and EMC test (60601.1 and 60601.2)		
Manufacturer:		
Source and origin:		
Model:		
Infusion pump Specification:		
State of the art technology and the latest version from the manufacturer and the latest and best technology on the market		
Suitable for micro / adult patients		
Microprocessor Controlled		
Heavy duty with Large LCD touch screen		
Should compatible with most of the IV set and Programmable to any IV tubing (Open system For IV set)		
Accuracy $\pm 4\%$ (with using all brands of IV set)		
Operation modes included: Rate, Time, Weight, Sequence, Trapezia, Loading dose, Drop, Micro modes.		
Flow rate: 0.01-2000ml/h		
Please specify the VTBI rate?		
Please specify the KVO rate?		
Occlusion level: minimum 3 levels		
Ingress protection (IP) must be high. Please specify your device's IP rating?		
The equipment should have the ability to purge air to remove any outgassed air		
Audible and Visual alarms		
The system has an alarm when EOI (endo of infusion) has reached		
Should has bubble detector to detect air in line		
Free flow protection.		
With upstream and downstream pressure sensor		
Should have Bolus infusion function		
System support connectivity to hospital information system (HIS) via HL7 protocol		
Complete integrated system (Wifi) to connect with central monitoring		
Please specify the number of infusion devices can monitored per one central monitor (central monitor capacity)		
The system should include all parts, accessories, switches and any related components to complete the system to work perfectly		
Should have a drug library (drug list) and a safety drug use alarm if a drug dose error occurs		
The units should be able to be combined together		

The equipment should have an internal rechargeable battery backup for minimum 7 hours		
The power cable should be an open system (universal)		
It can operate with and without the drop sensor		
Should have a handle for portability and a clamp for IV stand attachment		
AC input: 220V, 50Hz		
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified		
Training included in the price:		
Operation training for the oncology nursing team must be provided on-site		
Service training for hospital engineers must be provided on-site, and the company must provide all calibration tools required.		
Optional to be priced separately:		
List price all accessories necessary to operate the solution as per the required specs listed above		
List all other accessories and supplies that you may recommend to NNUH and are considered optional items to be decided on purchasing at the discretion of NNUH		
Drop sensor		
Screen		
Handel		
Battery		
Docking station for 4 pumps		
Pump door		
Your offer should contain the following:		
1) Preventive maintenance schedule		
2) Reference list for the same model, the supplier must have 3 reference at least on local market or regional, and must prepare site visit for our team to evaluate the product.		
3) Compliance sheet		
4) Catalogues		
5) Data sheet		
6) Authorization letter		
7) CE or FDA and ISO certificates		
8) CB test and EMC test certificate		
9) The service and operational manuals must delivered as soft copy with the units		
10) Guarantee for 10 years for spare parts supply		
Warranty: 3 years, with commitment to conduct preventive maintenance (labor and parts) during the warranty period and according to manufacturer recommendations		



طرح عطاء مدفوع

يعان مستشفى النجاح الوطني الجامعي عن طرح عطاء رقم RFQ-H-11581 ، على الشركات المتخصصة والراغبة بالمشاركة بالعطاء تقديم عروض أسعارها في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 21/03/2023 الساعة الثالثة عصراً PM 03:00 :

وقت الإغلاق		مؤد الطرح	ثمن نسخة العطاء	موضوع العطاء	رقم العطاء	#
الساعة	التاريخ					
P.M 03:00	2023/03/21	2023/03/12	250 شيكل غير مستردة	Infusion Pump + Central Monitor for Infusion Pump	RFQ-H-11581	1

حسب الشروط التالية:

1. ضرورة إرفاق الرخصة التجارية والسيرة الذاتية للشركة مع عرض السعر .
2. رسوم الإعلان على من يرسو عليه العطاء .
3. ثمن نسخة العطاء 250 شيكل غير مستردة .
4. كفاية دخول عطاء بقيمة (1000) ألف دولار أمريكي .

على الراغبين بالحصول على نسخة العطاء مراجعة دائرة اللوازم والمشتريات مكتب رقم 6400 / مبنى الإدارة أو عبر الإيمل Tender3@najah.edu وذلك خلال ساعات الدوام الرسمية .

للاستفسار يرجى الاتصال على:

لاية إستفسارات أخرى يرجى مراجعة دائرة اللوازم والمشتريات هاتف رقم 970-09- 2331471 / تحويلة 6400 / فاكس: 970-9-2389685 .